

Striate+™ Patsiendi infoleht

Saite selle teabelehe, kuna teie hambaarst, ortodont või kirurg on soovitanud teil hamba luudefekti ravi osana kasutada juhitud luude regeneratsiooni (GBR).

Mis on juhitud luude regenereerimine (GBR)?

Hambaid hoiavad teie lõualuus paigal luu ja igemed. Teie hambaid paigal hoidev luu võib paljudel erinevatel põhjustel laguneda või muutuda nõrgaks ja vajada parandamist. Igemeid võivad kahjustada ka infektsioon või vigastus. Et teie hambad püsiksid terved ja stabiilsed, kasutatakse teie luude või igemete parandamiseks juhitud luude regeneratsiooni (GBR).

Mis on Striate+™?

Striate+™ on teatud tüüpi paik, mida kasutatakse GBR-i käigus. Striate+™ loob uue luu moodustumise korral ravikohale kaitsekihi.

Striate+™ on valmistatud kollageenist. Kollageen on inimeste puhul tavaline aine, mida leidub peamiselt nahas, luudes, lihastes ja kõõlustes. Striate+™ on valmistatud sigadelt pärit kollageenist, kuid seda on töödeldud nii, et see oleks inimestele ohutu.

Striate+™ paik implanteeritakse protseduuri ajal teie igemesse ja see lahustub täielikult umbes 6 kuu möödudes pärast GBR-ravi. Kui soovite implantaadi kohta lisateavet, saate seda teile antud patsiendi implantaadikaardilt, mis sisaldab partii numbrit. Hoidke patsiendi implantaadikaarti kindlas kohas, et saaksite seda vajaduse korral kontrollida. Peate patsiendi implantaadikaarti säilitama 1 aasta jooksul pärast ravi. Teid raviv hambaarst peab arvestust ka teie implantaadi partii numbri kohta. Patsiendi implantaadikaardil kasutatud sümbolite selgitused on toodud allpool.

Milleks peaksin pärast ravi valmis olema?

Teie hambaarst annab teile juhiseid, mida pärast GBR-ravi teha. Eesmärk on hoida raviala tervenemise ajal puhta ja häirimatuna. See võib hõlmata ravimsuuvee kasutamist, konkreetseid juhiseid selle kohta, kuidas ja millal hambaid harjata, või teatud toitude või jookide vältimist. On väga oluline järgida hoolikalt hambaarsti antud juhiseid.

Kas Striate+™ kasutamisega kaasneb riske?

Striate+™ paiga kasutamisega seotud riske on väga vähe. Toodet Striate+™ ei tohi kasutada inimesed, kes on allergilised kollageeni või sigade suhtes. Need allergiad on väga haruldased, kuid kui olete mures, küsige lisateavet oma hambaarstilt. Striate+™ paiga saab vajaduse korral eemaldada.

Kas GBR-raviga kaasneb riske?

Nagu igal operatsioonil, on ka GBR-il teatud riskid, nagu infektsioon, valu, verejooks või turse. Need riskid ei ole tavaliselt tõsised ja teie hambaarst võib anda teile teavet riskide ja nende vältimise kohta. Mõnikord võib haav veidi avaneda ja Striate+ paiga paljastada. Kui see juhtub, võtke ühendust oma hambaarstiga, et saada juhiseid selle kohta, mida teha.

Mõned meditsiinilised seisundid võivad mõjutada pärast GBR-i paranemist, näiteks:

- diabeet, autoimmuunhaigused;
- varfariini / verd vedeldavate ravimite kasutamine;
- põletikuvastased ravimid;
- varasem kiiritusravi või
- rohke suitsetamine.

Striate+™ Patsiendi infoleht

On teada, et rohke suitsetamine mõjutab normaalset paranemist ja teie hambaarst võib soovitada teil enne GBR-i suitsetamisest loobuda või suitsetamist vähendada.

Enne protseduuri on oluline, et räägiksite oma arstile kõigest oma tervises seisunditest ja kasutatavatest ravimitest.

Striate+™ on MRT-ohutu (magnetresonantstomograafia), kuna koosneb elektrit mittejuhtivatest, mittemetallilistest ja mittemagnetilistest materjalidest.

Millal abi otsida

Kui teil tekib mõni sümptom, mille pärast olete mures, võtke kohe ühendust oma hambaarstiga. Ta ütleb teile, kuidas sümptomeid kõige paremini hallata ja kas on vaja võtta muid meetmeid.

Tõsisest reaktsioonist toote Striate+™ suhtes tuleb teavitada edasimüüjat:

BioHorizons

2300 Riverchase Center
Birmingham AL 35244 USA
www.biohorizons.com

Muud kontaktid

Tootja:

Orthocell Ltd

Building 191 Murdoch University
South Street, Murdoch WA 6150
Australia
E-post: info@orthocell.com.au

Volitatud esindaja Euroopas:

MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover,
DE
E-post: info@mdssar.com
Telefon: +49 511 6262 8630

Volitatud esindaja Šveitsis:

MDSS CH GmbH

Laurenzvorstadt 61, 5000 Aarau
CH
E-post: info@mdssch.com
Telefon: +

Maaletooja Euroopas:

MedEnvoy Global BV

Prinses Margrietplantsoen 33 – Suite 123
2595 AM, The Hague
NL
Telefon: +31 70 326 2148

Maaletooja Šveitsis:

MedEnvoy

Gottharstrasse 28
6302, Zug
CH
Telefon: +41 41 562 01 42

Patsiendi implantaadikaardil kasutatavad sümbolid



Tootja



Seadme nimi



Partii kood



Seadme kordumatu identifikaator



Implanteerimise kuupäev



Tervishoiuasutus või arst



Patsiendi nimi



Tootja veebiaadress