

# Striate+™ Informacije za bolesnika

Primili ste ovaj letak s informacijama jer je vaš stomatolog, ortodont ili kirurg preporučio da se podvrgnete vođenoj regeneraciji kosti (GBR-u) u sklopu liječenja defekta zubne kosti.

## Što je vođena regeneracija kosti (GBR)?

Vaše zube na njihovu mjestu u čeljusti drže kosti i desni. Iz mnogo različitih razloga kost koja drži zube na mjestu može se slomiti ili oslabjeti pa ju je potrebno popraviti. I desni se mogu oštetiti uslijed infekcije ili ozljede. Da bi zubi ostali zdravi i stabilni, provodi se vođena regeneracija kosti (GBR), koja pomaže pri cijeljenju kosti i desni.

## Što je Striate+™?

Striate+™ vrsta je zakrpe koja se upotrebljava u sklopu GBR-a. Striate+™ formira zaštitni sloj na mjestu liječenja tijekom formiranja nove kosti.

Striate+™ proizveden je od kolagena. Kolagen je uobičajena tvar u ljudi koja se uglavnom nalazi u koži, kostima, mišićima i tetivama. Striate+™ proizveden je od kolagena svinja, ali je obrađen tako da je siguran za upotrebu u ljudi.

Zakrpa Striate+™ implantira se u desni tijekom postupka i potpuno će se otopiti oko 6 mjeseci nakon liječenja GBR-om. Dobili ste svoju karticu implantata za bolesnika na kojoj se nalazi broj lota ako želite saznati više informacija o implantatu. Karticu implantata za bolesnika čuvajte na sigurnom mjestu da biste mogli pogledati podatke na njoj ako bude potrebno. Karticu implantata za bolesnika morate čuvati 1 godinu nakon liječenja. I stomatolog koji vas liječi vodi evidenciju s brojem lota vašeg implantata. U nastavku su objašnjeni simboli koji se upotrebljavaju na kartici implantata za bolesnika.

## Što mogu očekivati nakon liječenja?

Stomatolog će vam dati upute o tome što činiti nakon liječenja GBR-om. Cilj će vam biti održavati područje liječenja čistim i neometanim dok ne zacijeli. To može obuhvaćati upotrebu medicinske vodice za ispiranje usta, posebne upute o tome kako i kada prati zube te izbjegavanje određene hrane ili pića. Iznimno je važno da pomno slijedite upute svog stomatologa.

## Postoje li rizici povezani s upotrebom proizvoda Striate+™?

Vrlo je malo rizika povezanih s upotrebom zakrpe Striate+™. Striate+™ ne smije se primjenjivati u osoba s alergijom na kolagen ili na svinje. Te su alergije vrlo rijetke, ali ako ste zabrinuti, obratite se svom stomatologu da biste saznali više. Zakrpa Striate+™ može se ukloniti ako je potrebno.

## Postoje li rizici povezani s liječenjem GBR-om?

Kao i svaki kirurški zahvat, GBR je povezan s nekim rizicima, kao što su infekcija, bol, krvarenje ili oticanje. Ti rizici obično nisu ozbiljni i stomatolog vas može informirati o tim rizicima te načinima na koje ih možete izbjeći. Povremeno se rana može malo otvoriti i otkriti zakrpu Striate+. Ako se to dogodi, obratite se svom stomatologu da bi vas uputio što činiti.

Neka medicinska stanja mogu utjecati na cijeljenje nakon GBR-a, na primjer:

- dijabetes, autoimuna bolest;
- primjena varfarina / lijeka za razrjeđivanje krvi;
- protuupalni lijekovi;
- prethodna terapija zračenjem;
- teško pušenje.

Poznato je da teško pušenje narušava normalno cijeljenje te će vam stomatolog možda preporučiti da prestanete pušiti ili smanjite pušenje prije GBR-a.

# Striate+™ Informacije za bolesnika

Važno je da prije postupka obavijestite liječnika o svim svojim zdravstvenim stanjima i svim lijekovima koje uzimate.

Striate+™ siguran je za upotrebu pri MR-u (snimanju magnetskom rezonancijom) jer se sastoji od materijala koji su električno neprovodljivi, nemetalni i nemagnetski.

## Kada zatražiti pomoć

Ako uočite bilo koji zabrinjavajući simptom, odmah se obratite stomatologu. On će vam reći kako najbolje ublažiti simptome i je li potrebno poduzeti dodatne korake.

Ozbiljna reakcija na Striate+™ mora se prijaviti distributeru:

### BioHorizons

2300 Riverchase Center  
Birmingham AL 35244 USA  
www.biohorizons.com

## Ostali kontakti:

Proizvođač:

### Orthocell Ltd

Building 191 Murdoch University  
South Street, Murdoch WA 6150  
Australija  
E-pošta: info@orthocell.com.au

Ovlašteni predstavnik u Europi:

### MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover,  
DE  
E-pošta: info@mdssar.com  
Telefon: +49 511 6262 8630

Ovlašteni predstavnik u Švicarskoj:

### MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61, 5000 Aarau  
CH  
E-pošta: info@mdssch.com  
Telefon: +

Uvoznik za Europu:

### MedEnvoy Global BV

Prinses Margrietplantsoen 33 – Suite 123  
2595 AM, The Hague  
NL  
Telefon: +31 70 326 2148

Uvoznik za Švicarsku:

### MedEnvoy

Gottharstrasse 28  
6302, Zug  
CH  
Telefon: +41 41 562 01 42

## Simboli koji se upotrebljavaju na kartici implantata za bolesnika



Proizvođač



Datum implantacije



Naziv proizvoda



Dom zdravlja ili liječnik



Šifra serije



Ime i prezime bolesnika



Jedinstvena identifikacija proizvoda



Adresa web-mjesta proizvođača